

CENTRUL MEDICAL DE EVALUARE, TERAPIE, EDUCAȚIE MEDICALĂ SPECIFICĂ ȘI
RECUPERARE PENTRU COPII ȘI TINERI „CRISTIAN ȘERBAN,, BUZIAȘ

Str. Avram Iancu Nr. 18
Buzias 305100 Timis

CAIET DE SARCINI- REACTIVI APARATURA DE LABORATOR

- Toti reactivii ofertanti sa fie **compatibili** pentru aparatul **COBAS c 111** din dotare.
- Sa se respecte impachetarile specificate ca si numar de teste/kit si metodele de determinare.

NR.CRT	DENUMIRE	CANTITATE	DESCRIERE
1	Solutie curatre cobas	1	Impachetarea de 1 litru, continut 1%detergent si acid hidrocloric 300 mmol/l.
2	Solutie ise (deproteinizare)	1	H315, SI H319
3	Creatinina plus	1	Metoda enzimatica cu impachetare minim 150 teste maxim 200 teste/kit
4	Colesterol	1	Metoda colorimetrica/ enzimatica impachetare minim 300 teste maxim 400 teste/kit.
5	Trigliceride	1	Metoda colorimetrica/ enzimatica impachetare minim 150 teste maxim 200 teste/kit.
6	Hemoglobina glicozilata	2	Metoda NGSP%, cu impachetare minim 150 teste-maxim 200 teste /kit
7	HDLcolesterol	1	Metoda

			colorimetrica/enzimatica cu impachetare minim 150 teste-maxim 200 teste /kit
8	ALAT	1	Metoda colorimetrica/enzimatica cu impachetare minim 150 teste-maxim 200 teste/kit
9	ASAT	1	Metoda colorimetrica/enzimatica cu impachetare minim 150 teste-maxim 200 teste/kit
10	CFAS HDLcolesterol	1	Impachetare 3x1 ml , compatibil cu reactivul ofertant
11	PRECI CONTROL CHIM.LEVEL 1	1	Impachetare 4x5 ml , compatibil cu reactivul ofertant
12	Cfas UNIVERSAL biochimie	1	Impachetare 12x3 ml , compatibil cu reactivul ofertant
13	CFAS PUC	1	Impachetare 5x1 ml , alibrator proteine totale urinare/LCR.
14	CFAS Hemoglobina glicata	1	Impachetare 3x2 ml, compatibil cu reactivul ofertant.

Intocmit biolog sp: OPAIT DUGAN TIMEIA

DATA : 05.02.2018